



Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь

**Дзяржаўная ўстанова  
“РЭСПУБЛІКАНСКІ НАВУКОВА-  
ПРАКТЫЧНЫ ЦЭНТР  
НЕЎРАЛОГІІ І НЕЙРАХІРУРГІІ”**

(РНПЦ неўралогіі і нейрахірургіі)  
вул. Ф. Скарыны, 24, 220114, г. Мінск,  
тэл/факс (017) 267 16 95  
e-mail: [ninh@mail.ru](mailto:ninh@mail.ru), [www.neuro.by](http://www.neuro.by)  
Р.р. 3604900000033 у філіяле 511  
ААТ «ААБ «Беларусбанк»,  
код 815, вул. Даўгабродская, 1, 220037, г. Мінск,  
УНП 100103849

13.04.2014 № 1119/1-14

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

**Государственное учреждение  
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-  
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ»**

(РНПЦ неврологии и нейрохирургии)  
ул. Ф. Скорины, 24, 220114, г. Минск,  
тел/факс (017) 267 16 95  
e-mail: [ninh@mail.ru](mailto:ninh@mail.ru), [www.neuro.by](http://www.neuro.by)  
Р.с. 3604900000033 в филиале 511  
ОАО «АСБ «Беларусбанк»,  
код 815, ул. Долгобродская, 1, 220037, г. Минск,  
УНН 100103849

Директору  
ООО «Мединдустрия Сервис»  
Шевченко К. В.

### ОТЗЫВ

о находящемся в эксплуатации медицинском оборудовании: операционные столы ОУК-02-1 и комплекты съемных приспособлений для нейрохирургии КПП-09, КПП-13.

В ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии» эксплуатируются операционные столы ОУК-02-1 и комплекты съемных приспособлений для нейрохирургии КПП-09, КПП-13 торговой марки «Медин».

Стол ОУК-02-1 оптимально подходит для работы хирурга в положении «сидя» при длительных операциях, требующих низкого позиционирования. Столы отличаются функциональностью и полностью отвечают предъявляемым требованиям. Отдельно стоит отметить наличие дублирующего привода, что обеспечивает бесперебойную работу в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Комплекты позволяют точно, жестко и надежно фиксировать пациента при проведении оперативных вмешательств.

Изделия легко обрабатываются дезинфекционными растворами.

По нашему мнению, указанное оборудование может быть рекомендовано к использованию в учреждениях здравоохранения Республики Беларусь различного профиля.

Директор

 Р. Р. Сидорович